



**SELETEC** ISO 9001:2008  
ISO 13485:2012  
www.seletecmod.com



NON NECESSITA PC  
NO PROGRAMMATORI  
NO SOFTWARE


# GAS9



EN 60601-1 III Ed.2007  
Dispositivi medici  
Classe II B

**Dispositivo di monitoraggio e allarme per impianti gas medicali a 9 ingressi**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



### Allarmi programmabili.

9 ingressi programmabili come 9 allarmi operativi (led GIALLO) o 9 allarmi clinici di emergenza (led ROSSO)

Suoneria e led conformi EN7396:2013

### Protocollo SeleBUS per le ripetizioni su BUS di serie su ogni dispositivo

Indirizzi da 1 a 9

Compatibile per il funzionamento su SeleBUS insieme ad eMAS.eVo ed eSAR.eVo.


## Led verde di diagnostica per la verifica del funzionamento del dispositivo:

2 lampeggi ogni 8 secondi a segnalare l'attività del microprocessore

## Frontalino unico e personalizzabile con etichette adesive antiriflesso


A corredo set di etichette con diciture prestampate su supporto trasparente ed antiriflesso

## RIPETIZIONE DELLE SEGNALAZIONI CON BUS



## COMUNICAZIONE

### SeleBUS + ModBUS



## NORME DI RIFERIMENTO E DATI TECNICI

Dispositivo medico Classe II B conforme a:

Direttiva dispositivi medici 93/42/CEE e s.m.i. (2007/47 CEE)

EN60601.1 IIIa Ed.ne.	Apparecchi elettromedicali: Sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali
EN60601.1-2	Apparecchi elettromedicali: Compatibilità elettromagnetica
EN60601.1-8	Apparecchi elettromedicali: Sistemi di allarme
EN7396-1 2013	Impianti distribuzione gas medicali compressi e per vuoto
EN14971	Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici
EN62304	Software per dispositivi medici
EN 62366	Applicazione dell'ingegneria dell'usabilità ai dispositivi medici

### GAS9 cod. e5616.5

Tensione di alimentazione 24V ac 50-60Hz - 24Vdc  
Massima potenza assorbita: 2 VA  
Grado di isolamento: IP 20  
Montaggio su guida Omega DIN (EN6715)  
Ingombro 6 moduli DIN

**CE** 0068

**SELETEC S.r.l.**

**Sistemi e apparecchiature elettroniche ed elettriche**

Via Piemonte, 19 20090 - Fizzonasco di Pieve E. (MI)  
Tel. +39.0290422324 Fax +39.0290421597

[sales@seletecmod.com](mailto:sales@seletecmod.com) [www.seletecmod.com](http://www.seletecmod.com)